БАТЛАВ
ЧИНГЭЛТЭЙ НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН
ЗАХИРАЛ Х.ГАНЦЭЦЭГ

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тавигдах ерөнхий шаардлага:

1. Монгол улсад 2025 онд ашиглах бодисын жагсаалт Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд, Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан А/73, А/44, А/42 дугаар тушаалаар зөвшөөрөгдсөн байх.
2. Гарын авлагыг англи, монгол хэл дээр дагалдуулж өгөх.

БАГЦ 1: АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИС, ХЯНАЛТЫН ТЕСТ

№	Бодисын нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Автомат угааж халдваргүйтгэх машин болон ультрасоник банн, гар аргаар эмнэлгийн багаж, хэрэгслийг цэвэрлэх бодис	Сав	• Эмнэлгийн багаж угаах угаалгын машинд, ультрасоник аппаратад болон мэс заслын багаж хэрэгслийг гар аргаар угаахад хэрэглэх цэвэрлэгээний уусмал байх • 1 саванд 5 литр савлагдсан байх • Medclean forte дүйцэхүйц	6
2	Автомат болон гар аргаар оношлогооны уян дуранг цэвэрлэхэд зориулсан цэвэрлэгээний бодис	Сав	• Эмнэлгийн багаж угаах угаалгын машинд болон ультрасоник аппаратад, гар аргаар гэх мэтээр мэс заслын багаж хэрэгсэл, оношилгооны уян дуранг угаахад хэрэглэх цэвэрлэгээний уусмал • 1 саванд 5 литр савлагдсан байх • "Neodisher endo clean" дүйцэхүйц	6
3	Эмнэлгийн багаж, хэрэгслийг халдваргүйтгэхэд зориулсан бодис	Сав	• Давтан хэрэглэгддэг багажийн цус уургийн үлдэгдэл задлах чадвартай халдваргүйжүүлэх үйлдэлтэй байх • Прионыг идэвхгүй болгох, халдваргүйжүүлэх үйлдэл нь баталгаажсан байх • 1 саванд 5 литр савлагдсан байх • "Neodisher septo fin" дүйцэхүйц	6
4	Зэв арилгах бодис	сав	• Зэвтэй, өнгө алдсан бүх төрлийн мэс заслын багаж	

			хэрэгслийн зэвийг арилгах, өнгө оруулах бодис байх • Багаж хэрэгслийн физик, химийн шинж чанарт нөлөөлөхгүй. Үндсэн материалыг элэгдүүлэхгүй байх • 1 саванд 5 литр савлагдсан байх • “Retouch medical instrument rust remover” дүйцэхүйц	2
5	Биологийн индикатор	ширхэг	• Уурын ариутгалын автоклавын бактерийн спор устгаж буй эсэхийг шалгах индикатор	4
6	Цусны үлдэгдэл тодорхойлох тест	ширхэг	• Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд ашиглаж буй давтан хэрэглэдэг дурангийн цэвэрлэгээг цусны үлдэгдлийг илрүүлэх тест • "Hemocheck-E" дүйцэхүйц	4
7	Уургийн үлдэгдэл тодорхойлох тест	ширхэг	• Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд ашиглаж буй давтан хэрэглэдэг дурангийн цэвэрлэгээг уургийн үлдэгдлийг илрүүлэх тест • "Pyromol” дүйцэхүйц	4
8	Уургийн үлдэгдэл тодорхойлох тест	ширхэг	• Оношилгооны уян дурангийн хөндий дэх уургийн үлдэгдлийг илрүүлэх тест • "Pyromol-E” дүйцэхүйц	4
9	Автомат угаалгын машины цэвэрлэгээг хянах тест	ширхэг	• Багаж хэрэгсэл угааж, халдваргүйжүүлэх автомат угаалгын машинд зориулсан цэвэрлэгээний чанар шалгах тест • “TOSI” дүйцэхүйц	4
10	Уурын жигд нэвчилтийг шалгах химийн индикатор	ширхэг	• Уурын ариутгалын автоклавын уурын жигд нэвчилтийг шалгах химийн индикатор • "Bowie dick” дүйцэхүйц	8
11	1-р зэрэглэлийн индикатор	ширхэг	• "Уурын ариутгалын 1-р зэргийн туузан индикатор	10
12	6-р зэрэглэлийн индикатор	Хайрцаг	• "Уурын 6-р зэргийн индикатор • 1 хайрцагт 500 ширхгээр савлагдсан байх	2
13	Плазмын индикаторын цаас дотор	Хайрцаг	• Плазмын 4-р зэргийн индикатор • 1 хайрцагт 200 ширхгээр савлагдсан байх	6
14	Плазмын индикаторын цаас	Хайрцаг	• Плазмын ариутгалын рулон уут, даавуун боолтын гадна	4

	гадна		наах индикатор	
15	Урлон цаас	20х200	• Уурын ариутгалын рулон уут • Уурын ариутгалд ариутгах бүх төрлийн багаж материалыг хийж битүүмжлэх уур нэвтрүүлэх шинж чанартай уут байна.	4
16	Урлон цаас	15х200		10
17	Урлон цаас	10х200		10
18	Урлон цаас	7,5х200		10
19	Урлон цаас	5х200		6
20	Плазмын урлон цаас	35х100	• Плазмын ариутгалын рулон уут • Плазмын ариутгалд ариутгах бүх төрлийн багаж материалыг хийж битүүмжлэх устөрөгчийн хэт исэл нэвтрүүлэх шинж чанартай уут байна.	6
21	Плазмын урлон цаас	25х100		6
22	Плазмын урлон цаас	10х100		6
23	Плазмын урлон цаас	7,5х100		8
24	Багажны тос	400мл	• Эмнэлгийн нугастай багажийн нугас тослох тос • "Neodisher IP spray dose" дүйцэхүйц	4
25	Хөндийтэй багаж угаах сойз	ширхэг	Хөндийтэй багаж угаах сойзны ком байна. Үүнд: • 2,5мм*10см*30см • 5мм*10см*30см • 10мм*10см*30см • 15мм*10см*40см • 20мм*10см*40см Дээрх хэмжээтэй сойзноос тус бүр 2 ширхэг байна.	2
26	Уян дурангийн сойз	ширхэг	Багаж угаах сойзны ком байна. Үүнд: • 2,8мм*20мм*2300мм • 3мм*20мм*2300мм Дээрх хэмжээтэй сойз тус бүр 6 ширхэг байна.	6
27	Ариутгалын даавуун боолт 75 см*75 см	ширхэг	Ариутгалын даавуун боолт	200
28	Ариутгалын даавуун боолт 90 см*90 см	ширхэг	Ариутгалын даавуун боолт	200
29	Ариутгалын даавуун боолт 120см*120 см	ширхэг	Ариутгалын даавуун боолт	200
30	Цустай багаж хатахаас сэргийлэх цацлага	Ширхэг	• Цустай багажийг зөөх үед цус болон биологийн шингэнийг хатахаас сэргийлж зэв үүсэхээс хамгаална. • 1 саванд 750мл савлагдсан байх • Neodisher IP spray эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	10
31	Шшдний креслоны	Ширхэг	• Шүлс соруулах хоолойн	

	шүлс соруулах хоолойн халдваргүйтгэлийн бодис		цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийн бодис • 1 саванд 1000 мл савлагдсан байх • Alprojet-W эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	4
32	Шүлс соруулах хоолойн цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийн уусмал найруулж соруулах зориулалтын сав	Ширхэг	• Шүлс соруулах хоолойн цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийн уусмал найруулж соруулах зориулалтын сав • Хэмжүүртэй байх • Цорготой байх • Alprojet Mix Cup эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	2
33	Шүдний бор халдваргүйжүүлэгч бодис	Ширхэг	• Шүдний бор халдваргүйжүүлэгч бодис • 1 саванд 2000 мл савлагдсан байх • Sekudrill эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	2
34	Наконечик цэвэрлэх цацлага	Ширхэг	• WL-clean эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц • 1 саванд 500 мл савлагдсан байх	10
35	Наконечик халдваргүйжүүлэх цацлага	Ширхэг	• WL-cid эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц • 1 саванд 500 мл савлагдсан байх	10
36	Наконечик халдваргүйжүүлсний дараах хатаах цацлага	Ширхэг	• WL-dry эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц • 1 саванд 300 мл савлагдсан байх	10

БАГЦ 2: ДУРАН, МЭС ЗАСЛЫН БАГАЖИЙН АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН БОДИС

№	Бодисын нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Автомат болон гар аргаар уян дуранг цэвэрлэж халдваргүйтгэх бодис	сав	• Оношилгооны уян дуран болон бусад эмнэлгийн багаж хэрэгслийг цэвэрлэсний дараа өндөр төвшинд халдваргүйжүүлэх бодис • 1 саванд 5 литр савлагдсан байх • Стераниос 2% эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	22
2	Халуунд тэсвэртэй болон тэсвэргүй бүх төрлийн багажийг цэвэрлэхэд зориулсан бодис	сав	• Эмнэлгийн багаж угаах ультрасоник аппаратад болон мэс заслын багаж хэрэгслийг гар аргаар угаахад хэрэглэх цэвэрлэгээний уусмал • 1 саванд 5 литр савлагдсан байх • Aniosyme synergy 5 эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	12
3	Сорогч, хольц тусгаарлагчийн өдөр тутмын цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийн бодис	сав	• Сорогч, хольц тусгаарлагчийн өдөр тутмын цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлд хэрэглэх • 1 саванд 1 литр савлагдсан байх • Dentasept Aspiration af эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	8
4	Өрмийн хошуу цэвэрлэж, халдваргүйтгэх уусмал	сав	• Шүдний бор алмаазан хошууг цэвэрлэж, халдваргүйжүүлэх уусмал • 1 саванд 1000 мл савлагдсан байх • Дентасент спэшл ротастиф эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	2
5	Эмнэлгийн багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх бодис	сав	• Эмнэлгийн багаж хэрэгслийг халдваргүйжүүлэх бодис • 1 саванд 5 литр савлагдсан байх • Anios clean exsel d эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	8
6	Шүршдэг гадаргуу халдваргүйтгэлийн бодис	сав	• Бүх төрлийн хатуу гадаргуу, тоног төхөөрөмж цэвэрлэж халдваргүйжүүлэх бодис • 1 саванд 750 мл савлагдсан байх • Clinell universal spray эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	100
7	Гадаргуу	уут	• Бүх төрлийн хатуу гадаргуу,	350

	халдваргүйтгэлийн сальфетка		тоног төхөөрөмжийг цэвэрлэж халдваргүйжүүлэх салфетка • Clinell universal wipes эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц • 1 уутандаа 100 ширхэгтэй байх	
8	Эмнэлгийн зориулалттай угаалгын нунтаг	уут	• Зөөлөн эдлэлийн цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлд хэрэглэх угаалгын нунтаг • Цус биологийн шингэнийг богино хугацаанд задалж толбыг арилгах үйлдэлтэй байх • 1 уутандаа 15 килограмм савлагдсан байх • Phago Laundry эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	4
9	Шүршдэг хөөс	сав	• Багаж хэрэгслийг ариутгалд хүргэхээс өмнө цус, уургийн үлдэгдлийг хатаахгүй байх зориулалт бүхий шүршдэг хөөс байх • 1 саванд 750 мл савлагдсан байх • Aniosyme prime эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	20
10	Гар халдваргүйжүүлэгч спиртэн суурьтай уусмал	сав	• Гар халдваргүйжүүлэгч спиртэн суурьтай уусмал • Бактери, вирус, мөөгөнцрийг устгах • Арьсанд харшил үүсгэхгүй, хурдан шингэдэг • Өнгө, үнэр оруулагч найрлагагүй • Этилийн спиртийн хувь 70%-аас дээш • 1 саванд 500 мл савлагдсан байх • Aniosgel 85 NPC эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	215

Хянасан:

Төлөвлөлт, үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал П.Эрхэмбаяр П.Эрхэмбаяр

Боловсруулсан:

Халдвар судлаач Д.Хурмаа