БАРАА МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Бараа материалын нэр: Холболтын уулзварын эсэргүүцлийг 10А хүртэл гүйдлээр хэмжигч тоон багаж**
2. **Барааны нөөцийн дугаар /ДЦС-4/:**
3. **Барааны ерөнхий шаардлага: Холболтын уулзварын эсэргүүцлийг хэмжигч багаж нь хэмжилтийн үзүүрүүд болон дагалдах бусад хэрэгслийн хамт иж бүрдэл байна.**

№	Техникийн өгөгдөл		Техникийн үзүүлэлт	Нэмэлт шаардлага	Дүйцүүлэх нэршил
1	Туршилт, хэмжилтийн төхөөрөмжийн төрөл			Захиалгын код 1008-070	Megger DLRO10HDX+ DH4-C
2	Температурын коэффициент		< 0.01% ºC тутамд, 5 ºC - 40 ºC хязгаар дотор		
3	Багажын ашиглах өндөр, далайн түвшнээс дээш		2000 м (6562 ft)-с дээш		
4	Дэлгэцийн хэмжээ ба төрөл		5 оронд үндсэн + 2 x 5 оронд нэмэлт мөр		
5	Тэжээлийн батарейн төрөл		6 V, 7Ah битүүмжилсэн хар тугалган хүчлийн		
6	Тэжээлийн хүчдэл		100 – 240 V, 50 / 60 Hz, 90 VA		
7	Цэнэглэх хугацаа, цаг		8		
8	Дэлгэцийн арын гэрэл		LED backlight		
9	Батарейн насжилт		>1000 Auto горимд (3 sec) хэмжилт хийх		
10	Автоматаар унтрах хугацаа, с		300		
11	Жин, кг		6,7		
12	Хамгаалалтын хайрцагийн хэмжээ, мм Урт X Өргөн X Өндөр		315 X 285 X 181		
13	Хамгаалалтын зэрэг харьцаа	Хайрцаг хаалттай үед	IP65		
14		Батарейгаар ажиллаж байх үед	IP54		
15	Хэмжилтийн үр дүн хадгалах багтаамж		200 хэмжилт		
16	Аюулгүй ажиллагааг хангах зэрэглэл		IEC61010-1 стандартад нийцнэ Холболтын терминалын тагийг ашиглах үед CATIII 300V		
17	Холболтын терминалын таг			Захиалгын код 1002-390	
18	Ажиллах орчны температур ба чийглэг		-10 °C to +50 °C, <90% RH		
19	Хэвийн ажиллагааг хангах орчны температур		20 °C ±3 °C		

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	Холболтын уулзварын эсэргүүцлийг 10А хүртэл гүйдлээр хэмжигч тоон багаж	
Баталсан	Ерөнхий инженер	П.Болдбаатар		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 1
Боловсруулсан	ЦЦ-ийн ЗИ	Л.Гантөгс			Хуудасны тоо 3

20	Хадгалах температур ба чийглэг	-25 °C to +60 °C, <90% RH		
21	Цахилгаан соронзон орны нөлөөллийн нийцэл	IEC61326-1 (Хүнд үйлдвэр) стандартад нийцнэ		

4. Бүдүүвч зураг:



Item	Description
1	Current Terminals
2	Potential Terminals
3	Test Lead LED Cable
4	Display
5	Hazard warning LED during test
6	Back-light
7	Test button (Start and stop tests)
8	Range rotary switch
9	Contrast button
10	Test modes and Off rotary switch
11	Mains Power On LED
12	Fuse
13	Mains Power Socket
14	Save Button
15	USB socket (download records)
16	Navigation keypad (setup and stored results)

Зураг 1. Хэмжүүрийн ерөнхий зураг



Зураг 2. Холболтын терминалын таг

	Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг	Холболтын уулзварын эсэргүүцлийг 10А хүртэл гүйдлээр хэмжигч тоон багаж	
Баталсан	Ерөнхий инженер	П.Болдбаатар		Нөөцийн дугаар	Хуудас № 2
Боловсруулсан	ЦЦ-ийн ЗИ	Л.Гантөгс			Хуудасны тоо 3

Зайлшгүй шаардлагатай дагалдах баримт бичиг:

№	Дагалдах баримт бичиг	Шаардлагатай эсэх
1	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Шаардлагатай
2	Үзлэг, туршилт баталгаажуулалтын акт	Шаардлагатай
3	Үйлдвэрлэгчийн чанарын стандартын сертификат	Шаардлагатай
4	Бүтээгдэхүүний гадаргуу болон түүний сав баглаа боодол дээр үйлдвэрлэгчийн нэр, серийн дугаар, ажлын параметр, материалын марк, үйлдвэрлэсэн гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүд хэвлэмэл /цохисон/ байдлаар тэмдэглэгдсэн байх.	Шаардлагатай

"ДУЛААНЫ IY ЦАХИЛГААН СТАНЦ" ТӨХК
"THERMAL POWER PLANT #4" JSC